

## Aluehallintoviraston käsittelyratkaisu Juvan eläinlääkinnän isofluraanivuotoon

YT 02.09.2024 § 65  
690/01.04.01.03/2024

Valmistelija	Työsuojelupäällikkö Mika Jokinen, p. 044 4174757
Selostus	<p>Juvan eläinklinikan inhalaatioanestesia-laitteessa havaittiin 12.4. leikkauksen yhteydessä isofluraanivuoto. Isofluraania käytetään eläinten nukutukseen. Kyseinen vuoto olisi voinut aiheuttaa eläinlääkärin ja eläintenhoitajan nukahtamisen ja siinä yhteydessä mahdollisesti myös vakavampia vaaroja työntekijöille.</p> <p>Eläinlääkäri teki asiasta läheltä piti -ilmoituksen työsuojeluvaltuutetulle, joka välitti tapaturmailmoituksen AVI:lle asian vakavuuden takia.</p> <p>AVI pyysi toimittamaan altistuneiden yhteystiedot sekä anestesia-laitteen käyttö- ja huolto-ohjeet. Lisäksi AVI pyysi selvittämään mahdollisimman pian, kuitenkin 26.4. mennessä, kuinka käyttäjät on 1) opastettu laitteen käyttöön ja 2) miten (ja kenen toimesta) heille on opastettu anestesia-kaasun muodostamat vaarat.</p> <p>Mukaan selvitykseen tuli liittää a) työpaikan kemiallisten vaarojen kirjallinen arviointi sekä b) työterveyshuollon työpaikkaselvitys inhalaatioanestesia-laitteessa.</p> <p>Eläinlääkäri teki asiasta selvityksen AVI:lle ja AVI:n käsittelyratkaisussa todetaan, että ilmoituksen perusteella ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella työnantajan voitaisiin epäillä laiminlyöneen työturvallisuusmääräyksiä siten, että työsuojeluviranomaisen olisi aloitettava työtapaturman tutkinta, joten päätän asian käsittelyn työsuojeluviranomaisella.</p> <p>AVI:n käsittelyratkaisu on julkaistu Cloudmeetingissa.</p> <p>Työsuojelupäällikkö selostaa asiaa yhteistyötoimikunnalle.</p>
Esittelijä	Henkilöstöpäällikkö Silvennoinen Virve
Päätösehdotus	Yhteistyötoimikunta merkitsee aluehallintoviraston käsittelyratkaisun tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.